

導入年度	H 2 7 年度	設備名	高圧蒸気滅菌器		
メーカー	(株)トミー精工	型 式	LSX-700 LSX-300	設置室	次世代センター 微生物試験室

### 《 概 要 》

本装置は、微生物に関する試験・研究を行う際、雑菌汚染を防ぐために、使用する器具や試薬を滅菌する装置です。容器内を加熱加圧することで120℃以上の温度を保持し、耐熱性微生物を殺菌することができます。

### 《 装 置 外 観 》



大容量

小容量

### 《 仕 様 》

- 1) 滅菌温度範囲：105℃～135℃
- 2) 最高使用圧力：大容量滅菌用 0.25MPa、小容量滅菌用 0.263MPa
- 3) 缶体有効内容積：大容量滅菌用 69L、小容量滅菌用 36L

### 《 用 途 例 》

- ・ 微生物試験用の器具、試薬などの滅菌