

設置年度	H 2 2 年度	施 設 名	無響室
メーカー	日東紡音響エンジニアリング㈱	設置場所	いしかわ次世代産業創造支援センター

《 概 要 》

壁面全体にくさび形の吸音材を設置し、音の反射を抑える構造となっています。機械・電気製品から発生する微小な音などを測定する場合に使用されます。

《 装置外観 》



《 仕 様 》

- ・室内寸法：6m(W) × 4m(D) × 4.8m(H) + 床下 0.6m
- ・吸音楔：600mm × 600mm × 600mm 面密度 32kg/m²
- ・距離減衰：逆自乗則許容半径 1.5m (100Hz 以上) (測定方法：JIS Z 8732)
- ・暗騒音：15dB 以下 (500Hz 以上)
- ・無響・半無響の切替が可能

《 用途例 》

- ・電気製品等の騒音レベル、音響パワーレベルの測定
- ・建築部材の遮音性能（透過損失）の測定