

導入年度	H 1 5 年	設備名	雑音電力測定装置			
メーカー	(株)東陽テクニカ	型式		設置室	電波無響室	

《 概 要 》

電子機器の電源から放射される雑音電力（ノイズ成分）を測定する装置

《 装置外観 》



《 仕 様 》

測定周波数：30MHz～300MHz

走行装置材質：FRP

位置決め精度：1cm

対応規格：電気用品安全法、CISPR14、EN55014

《用途例》

- ・電子機器の電源ケーブルから放射される雑音電力の測定