

導入年度	S 4 2 年	設備名	電気炉			
メーカー	東芝電興（株）	型式	流気式	設置室	鑄造・熱処理実験室	

《概要》

鉄鋼材料の焼きなましや焼き戻し等の熱処理試験に用いる。

《装置外観》



《仕様》

- ・ 炉内寸法：W 3 5 0 × H 3 0 0 × D 5 0 0
- ・ 最高使用温度：8 0 0 °C
- ・ 最高昇温速度：6 0 0 °Cまで3時間
- ・ 温度分布：± 2 0 °C
- ・ 炉内雰囲気：大気のみ

《用途》

- ・ 鉄鋼材料の焼き入れのための加熱試験
- ・ 鉄鋼材料の焼き鈍し、焼き戻しの熱処理試験